

Juiz de Fora, 11 de abril de 2024

De: Ms. Alesandro Teixeira Moraes
RT de Enfermagem do SAMU CISDESTE

Para: setor de compras- setor de licitações
Assunto: análise de amostras do pregão eletrônico 1/2024

Item	EMPRESA	Produto	Status
1	TARGET	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 MARCA VITAL	REPROVADO
2	TARGET	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 MARCA VITAL	REPROVADO
3	TARGET	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 MARCA VITAL	REPROVADO
4	TARGET	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 MARCA VITAL	REPROVADO
5	TIDIMAR	REANIMADOR MANUAL ADULTO	APROVADO
6	TIDIMAR	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO	APROVADO

JUSTIFICATIVA DE REPROVADOS:

- 1- Item 1,2,3,4: Não há proteção total da agulha. Portanto, produto não atende descritivo. Ainda: um dos abocaths apresentou dificuldades para saída da agulha (deslização do mandril), o que dificultaria o procedimento no atendimento da ambulância. Sem mais para o momento, me coloco à disposição.

Atenciosamente

Alesandro Teixeira Moraes
Coordenador de Enfermagem
COREN/MG 121050
SAMU-192/CISDESTE

Ms. ALESANDRO TEIXEIRA MORAES

RT DE ENFERMAGEM DO CISDESTE