

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL**

**PROCESSO Nº 045/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES para atender as necessidades do CISDESTE, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos.**

**EMPRESA SOLICITANTE: MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº08.245.855/0001-94**

**I- DOS ESCLARECIMENTOS E SUAS RESPECTIVAS RESPOSTAS:**

A empresa MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA apresentou pedido de esclarecimento ao edital supracitado.

Submetemos o assunto a nossa área técnica que analisou as questões e elaborou as respostas aos esclarecimentos citados.

Segue abaixo os questionamentos realizados e suas respectivas respostas:

1 – Em relação ao item 213 - Reanimador Manual Adulto Completo do edital de licitação, que especifica:

- **“Alça de segurança externa no reanimador que possibilita ao profissional comprimir o reservatório de ar com uma só mão”**

Pedimos que seja retirado essa especificação onde direciona 100% para a marca AMBÚ e restringe a participação das demais empresas do mercado.

**Resposta:** Após análise, estamos concordando com a observação e estamos retificando o edital de licitação retirando a obrigatoriedade de alça de segurança externa no reanimador.

2 – Em relação aos itens 139 ao 149 (Lâmina para laringoscópio curva e reta) do edital de licitação, que indica:



- **Esterilizável e autoclavável**

Será aceito lâminas que sejam esterilizáveis com óxido de etileno com temperatura até 54° C?

Resposta: Sim. Serão aceitas lâminas que sejam esterilizáveis com óxido de etileno.

Juiz de Fora, 10 de junho de 2022.



**Daniel Vieira do Carmo**  
**Pregoeiro**